

Producto: Bata quirúrgica desechable tela SMS 50 gramos Estéril

Fecha de Fabricación::	10/2021	Sector:	N/A
Tamaño de lote fabricado:	N/A	Clave:	N/A
Presentación:	Bolsa con 1 pieza	Marca:	DENTICA
Fecha de caducidad:	11/2022	No. de lote:	DN0921

PRUEBAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
---------	------------------	------------

DESCRIPCIÓN:	Bata desechable con manga larga , terminación de puño elástico de cárdigan en mangas para mejorar ajuste en las muñecas, fabricado con tela no tejida 100% SMS, evita el contacto entre la piel y fluidos, poros estrechos para prevenir el filtrado de microorganismos, impermeable ante líquidos y fluidos , material hipoadérgico. Propiedad antiestática, resistencia a desgarre, color azul.	CUMPLE
ACABADO:	Inspeccionado a simple vista, la superficie debe estar libre de defectos críticos y mayores	CUMPLE
TALLA:	M, L, XL	CUMPLE
DIMENSIONES:	Largo: M: 1.10 Mts , L: 1.20 Mts, XL: 1.27 Mts	CUMPLE
CONTROL DE CALIDAD:	AQL 0/2.5/4	CUMPLE
PRUEBA DE INTEGRIDAD:	Alta Resistencia	CUMPLE
FLAMABILIDAD:	Prueba 16 CFR 1610	CUMPLE
RESISTENCIA AL AGUA PENETRACION DE IMPACTO:	Prueba ANSI/AAMI PB70:2012, Refer to AATCC TM42 2017e	CUMPLE
ESTERILIDAD:	Oxido de etileno	CUMPLE
Referencia:	Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para Dispositivos Médicos Vigente	
Dictamen:	Aprobado	
Fecha:	05/09/2021	
Virgilio C. Guerra 315, Colonia la Fama, Santa Catarina Nuevo León, C.P. 66100 Tel: 8196275050 PROVEEDORA DENTICA S. A. DE C. V.	Brian Alejandro Ramírez Rodríguez Responsable Sanitario Cédula profesional: 8528632 U.A.N.L.	Moisés Hector Rodríguez Lopez Gerente Corporativo de Aseguramiento de Calidad y regulatorio