

Producto: Bota paciente en tela SMS 25 No Estéril

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Fecha de Fabricación:: | 10/2021 | Sector: | N/A |
| Tamaño de lote fabricado: | N/A | Clave: | N/A |
| Presentación: | Bolsa con 10 piezas | Marca: | DENTICA |
| Fecha de caducidad: | N/A | No. de lote: | DN0921 |

| PRUEBAS | ESPECIFICACIONES | RESULTADOS |
|---------|------------------|------------|
|---------|------------------|------------|

| | | |
|--|---|---------------|
| DESCRIPCIÓN: | Bata desechable sin manga, con cintas de amarre de tela SMS en cintura para sujeción, fabricado con tela no tejida 100% SMS, evita el contacto entre la piel y fluidos, poros estrechos para prevenir el filtrado de microorganismos, impermeable ante líquidos y fluidos, material hipoalergénico. Propiedad antiestática, resistencia a desgarre, color azul. | CUMPLE |
| ACABADO: | Inspeccionado a simple vista, la superficie debe estar libre de defectos críticos y mayores | CUMPLE |
| TALLA: | Unitalla | CUMPLE |
| DIMENSIONES: | Largo: M: 1.20 Mts | CUMPLE |
| CONTROL DE CALIDAD: | AQL 0/2.5/4 | CUMPLE |
| PRUEBA DE INTEGRIDAD: | Alta Resistencia | CUMPLE |
| FLAMABILIDAD: | Prueba 16 CFR 1610 | CUMPLE |
| RESISTENCIA AL AGUA PENETRACION DE IMPACTO: | Prueba ANSI/AAMI PB70:2012, Refer to AATCC TM42 2017e | CUMPLE |
| ESTERILIDAD: | N/A | |

| | |
|--------------------|--|
| Referencia: | Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para Dispositivos Médicos Vigente |
| Dictamen: | Aprobado |
| Fecha: | 05/09/2021 |

 Virgilio C. Guerra 315,
 Colonia la Fama, Santa Catarina
 Nuevo León, C.P. 66100
 Tel: 8196275050
 PROVEEDORA DENTICA S. A. DE C. V.

Brian Alejandro Ramírez Rodríguez
 Responsable Sanitario
 Cédula profesional: 8528632
 U.A.N.L.

Moisés Hector Rodríguez Lopez
 Gerente Corporativo de Aseguramiento de
 Calidad y regulatorio