

**Producto:** Bota quirúrgica en tela SMS 35 gramos No Estéril

<b>Fecha de Fabricación::</b>	10/2021	<b>Sector:</b>	N/A
<b>Tamaño de lote fabricado:</b>	N/A	<b>Clave:</b>	N/A
<b>Presentación:</b>	Bolsa con 50 piezas	<b>Marca:</b>	DENTICA
<b>Fecha de caducidad:</b>	N/A	<b>No. de lote:</b>	DN0921

PRUEBAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
---------	------------------	------------

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Bota quirúrgica de tela 100% SMS, unitalla. Con amarre en pantorrilla para una sujeción firme. Resistente al desgarre por fricción, impermeable a líquidos y fluidos, tela antiestática. Su tamaño es ideal para cualquier tipo de calzado.	
<b>ACABADO:</b>	Inspeccionado a simple vista, la superficie debe estar libre de defectos críticos y mayores	<b>CUMPLE</b>
<b>TALLA:</b>	Unitalla	
<b>DIMENSIONES:</b>	Unitalla	
<b>CONTROL DE CALIDAD:</b>	AQL 0/2.5/4	<b>CUMPLE</b>
<b>PRUEBA DE INTEGRIDAD:</b>	Alta Resistencia	<b>CUMPLE</b>
<b>FLAMABILIDAD:</b>	Prueba 16 CFR 1610	<b>CUMPLE</b>
<b>RESISTENCIA AL AGUA PENETRACION DE IMPACTO:</b>	Prueba ANSI/AAMI PB70:2012, Refer to AATCC TM42 2017e	<b>CUMPLE</b>
<b>ESTERILIDAD:</b>	N/A	
<b>Referencia:</b>	Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para Dispositivos Médicos Vigente	
<b>Dictamen:</b>	Aprobado	
<b>Fecha:</b>	05/09/2021	
Virgilio C. Guerra 315, Colonia la Fama, Santa Catarina Nuevo León, C.P. 66100 Tel: 8196275050 PROVEEDORA DENTICA S. A. DE C. V.	<b>Brian Alejandro Ramírez Rodríguez</b> Responsable Sanitario Cédula profesional: 8528632 U.A.N.L.	<b>Moisés Hector Rodríguez Lopez</b> Gerente Corporativo de Aseguramiento de Calidad y regulatorio