

Bota quirúrgica

DENTICA



Bota quirúrgica unitalla con amarre en tobillo, antiestática, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, resistente a fricción, su tamaño es ideal para cualquier tamaño de calzado. Tela no tejida 100% polipropileno tipo SMS.



CERTIFICACIONES:



ESPECIFICACIONES

Gramaje según pedido, Disponible estéril y no estéril. Color Azul. Unitalla

RESULTADOS PRUEBA IMPERMEABILIDAD Y FLAMABILIDAD

Report No. / No. De Reporte: MEXT200002683-REV1

Test Name / Prueba	Colour / Color:	Rating / Conclusión:	Test Method / Método
Standard for the flammability of Clothing / Estándar para la flamabilidad de productos textiles para vestir.	A	P	16 CFR 1610
Water resistance: Impact Penetration / Resistencia al agua: penetración por impacto	A	P	ANSI/AAMI PB70:2012, Refer to AATCC TM42 2017e

Remarks / Notas: P= Pass/Pasa F= Fail / Falla D= Data/Dato NA = Not applicable / No aplica