

**Producto:** Cubrezapato con antiderrapante en SMS 40 gramos

<b>Fecha de Fabricación::</b>	06/2021	<b>Sector:</b>	N/A
<b>Tamaño de lote fabricado:</b>	N/A	<b>Clave:</b>	N/A
<b>Presentación:</b>	Caja con 50 pares	<b>Marca:</b>	DENTICA
<b>Fecha de caducidad:</b>	N/A	<b>No. de lote:</b>	DN0621

PRUEBAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
---------	------------------	------------

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Cubrezapato de tela 100% SMS con textura antiderrapante en suela y elástico de sujeción en tobillo. Unitalla, perfecto para cualquier tipo de calzado. Tela antiestática, hipoalergénica, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos por impacto, resistente al desgarre por fricción.				
<b>ACABADO:</b>	Inspeccionado a simple vista, la superficie debe estar libre de defectos críticos y mayores	<b>CUMPLE</b>			
<b>TALLA:</b>	Unitalla				
<b>DIMENSIONES:</b>	Ver ficha técnica				
<b>CONTROL DE CALIDAD:</b>	AQL 0/2.5/4	<b>CUMPLE</b>			
<b>PRUEBA DE INTEGRIDAD:</b>	Alta Resistencia	<b>CUMPLE</b>			
<b>FLAMABILIDAD:</b>	Prueba 16 CFR 1610	<b>CUMPLE</b>			
<b>RESISTENCIA AL AGUA PENETRACION DE IMPACTO:</b>	Prueba ANSI/AAMI PB70:2012, Refer to AATCC TM42 2017e	<b>CUMPLE</b>			
<b>ACREDITACION FDA:</b>	FDA	<b>CUMPLE</b>			
<b>Referencia:</b>	Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para Dispositivos Médicos Vigente				
<b>Dictamen:</b>	Aprobado				
<b>Fecha:</b>	01/06/2021				
<hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;">           Virgilio C. Guerra 315,            Colonia la Fama, Santa Catarina            Nuevo León, C.P. 66100            Tel: 8196275050            PROVEEDORA DENTICA S. A. DE C. V.         </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top; text-align: center;"> <b>Brian Alejandro Ramírez Rodríguez</b>            Responsable Sanitario            Cédula profesional: 8528632            U.A.N.L.         </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top; text-align: center;"> <b>Moisés Hector Rodríguez Lopez</b>            Gerente Corporativo de Aseguramiento de            Calidad y regulatorio         </td> </tr> </table>			Virgilio C. Guerra 315, Colonia la Fama, Santa Catarina Nuevo León, C.P. 66100 Tel: 8196275050 PROVEEDORA DENTICA S. A. DE C. V.	<b>Brian Alejandro Ramírez Rodríguez</b> Responsable Sanitario Cédula profesional: 8528632 U.A.N.L.	<b>Moisés Hector Rodríguez Lopez</b> Gerente Corporativo de Aseguramiento de Calidad y regulatorio
Virgilio C. Guerra 315, Colonia la Fama, Santa Catarina Nuevo León, C.P. 66100 Tel: 8196275050 PROVEEDORA DENTICA S. A. DE C. V.	<b>Brian Alejandro Ramírez Rodríguez</b> Responsable Sanitario Cédula profesional: 8528632 U.A.N.L.	<b>Moisés Hector Rodríguez Lopez</b> Gerente Corporativo de Aseguramiento de Calidad y regulatorio			
DOCUMENTO PROPIEDAD DE PROVEEDORA DENTICA S.A. DE C.V. PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER MEDIO SIN PREVIA AUTORIZACION					