

Producto: Gorro para cirujano en SMS

Fecha de Fabricación::	10/2021	Sector:	N/A
Tamaño de lote fabricado:	N/A	Clave:	N/A
Presentación:	Paquete con 100 piezas	Marca:	DENTICA
Fecha de caducidad:	N/A	No. de lote:	DN1021

PRUEBAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
---------	------------------	------------

DESCRIPCIÓN:	Gorro para cirujano fabricado en tela 100% SMS. La tela es impermeable, antiestática, hipoalergénica, resistente a la flamabilidad y al desgarre por elongación Cuenta con listones de amarre tras nuca, tela SMS en parte superior de gramaje inferior para mayor transpiración y evitar sudoración excesiva.	
ACABADO:	Inspeccionado a simple vista, la superficie debe estar libre de defectos críticos y mayores	CUMPLE
TALLA:	Unitalla	
DIMENSIONES:	Unitalla	
CONTROL DE CALIDAD:	AQL 0/2.5/4	CUMPLE
PRUEBA DE INTEGRIDAD:	Alta Resistencia	CUMPLE
FLAMABILIDAD:	Prueba 16 CFR 1610	CUMPLE
RESISTENCIA AL AGUA PENETRACION DE IMPACTO:	Prueba ANSI/AAMI PB70:2012, Refer to AATCC TM42 2017e	CUMPLE
ESTERILIDAD:	No estéril	
Referencia:	Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para Dispositivos Médicos Vigente	
Dictamen:	Aprobado	
Fecha:	01/11/2021	
Virgilio C. Guerra 315, Colonia la Fama, Santa Catarina Nuevo León, C.P. 66100 Tel: 8196275050 PROVEEDORA DENTICA S. A. DE C. V.	Brian Alejandro Ramírez Rodríguez Responsable Sanitario Cédula profesional: 8528632 U.A.N.L.	Moisés Hector Rodríguez Lopez Gerente Corporativo de Aseguramiento de Calidad y regulatorio