

**Producto:** Overol Microporoso tipo tyvek

<b>Fecha de Fabricación::</b>	05/2021	<b>Sector:</b>	N/A
<b>Tamaño de lote fabricado:</b>	N/A	<b>Clave:</b>	N/A
<b>Presentación:</b>	Paquete con 50 piezas	<b>Marca:</b>	DENTICA
<b>Fecha de caducidad:</b>	N/A	<b>No. de lote:</b>	DN0521

PRUEBAS	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
---------	------------------	------------

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Overol micro-poroso tipo Tyvek con tela SMS laminada en gramajes de 40-50 gramos. <ul style="list-style-type: none"> <li>Con gorro tipo capucha con elástico en gorro, tobillos y muñecas.</li> <li>Con zipper de cintura a cuello,</li> <li>Cobertura amplia y repelente a virus y bacterias.</li> <li>Recomendado para uso en hospitales, laboratorios, industria.</li> </ul>	
<b>ACABADO:</b>	Inspeccionado a simple vista, la superficie debe estar libre de defectos críticos y mayores	<b>CUMPLE</b>
<b>TALLA:</b>	Chico, Mediano, Grande, Extra Grande	
<b>DIMENSIONES:</b>	Ver ficha técnica	
<b>CONTROL DE CALIDAD:</b>	AQL 0/2.5/4	<b>CUMPLE</b>
<b>PRUEBA DE INTEGRIDAD:</b>	Alta Resistencia	<b>CUMPLE</b>
<b>FLAMABILIDAD:</b>	N/A	
<b>RESISTENCIA AL AGUA PENETRACION DE IMPACTO:</b>	N/A	
<b>ESTERILIDAD:</b>	No estéril	
<b>Referencia:</b>	Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Suplemento para Dispositivos Médicos Vigente	
<b>Dictamen:</b>	Aprobado	
<b>Fecha:</b>	01/05/2021	
Virgilio C. Guerra 315, Colonia la Fama, Santa Catarina Nuevo León, C.P. 66100 Tel: 8196275050 PROVEEDORA DENTICA S. A. DE C. V.	<b>Brian Alejandro Ramírez Rodríguez</b> Responsable Sanitario Cédula profesional: 8528632 U.A.N.L.	<b>Moisés Hector Rodríguez Lopez</b> Gerente Corporativo de Aseguramiento de Calidad y regulatorio